

Progesteron Reseptörü

B'J HFC'8 M5; BCGH? DFCGD9?HyG****

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbi teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır. Tavşan Monoklonaldır.

AÇIKLAMA : Progesteron reseptörü (PgR), östrojen tarafından düzenlenen bir proteindir. PgR belirlemesinin ekspresyonunun, yanıt veren bir östrojen reseptörü (ER) yolunu gösterdiği ve bu nedenle insan meme kanserinde endokrin tedavisine olası yanıtı tahmin edebileceği öne sürülmüştür. Bir dizi çalışma, PgR belirlemesinin hem endokrin tedavisine yanıtı tahmin etmede hem de sağkalımı tahmin etmede ER'ye ek bilgi sağladığını göstermiştir. Bazı çalışmalar PgR'nin prognostik gösterge olarak ER'den üstün olduğu kanıtlanmıştır.

KATALOG NO : PL9102 PL9102-R7 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
PL9102-R1 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
BOYANMASI GEREKEN ALAN : Nükleer PL9102-1 1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
PL9102-0,1 0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

POZİTİF KONTROL : T47D hücreleri

AMBALAJ : 7 ml Kullanıma Hazır (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor.)

KAYNAK : Tavşan

KLON : SP2

ANTİKOR KONSANTRASYONU : 1mg/ml

TÜR REAKTİFİ : Histokimyasal test edilmedi

EPI TOP : 412-526aa

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Steril değildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmiş doku bölümlerinin boyanması, doku bölümlerinin kaynayan 10 mM sitrat, pH 6.0, içinde 10-20 dk muamele edilmesini ve ardından oda sıcaklığında 20 dakika soğutulmasını gerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : 1 saat

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

SORUN GİDERME : En e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin