Inhibin alpha

ĶN VĶTRO DĶYAGNOSTĶK

KULLANIM AMACI : V¿cut dākētābb´ tekhis

Bu ¿r¿n Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmık, parafine gº m¿lm¿ık doku kesitleri ile ākā mikroskobu ile gº r¿nt¿lenecek kalitatif imm¿nohistokimya i- in tasarlanmāktā.

AÇIKLAMA :
Ķhibin, alfa ve beta alt birimlerinden olukan TGF-beta ailesinden bir dimerik glikoprotein hormonudur. Aktivin FSH ¿retimini uyarārken hipofizden folik¿l uyarācēhormon ¿retimini engeller. Ķhibinin bir gonadal t¿mº r baskāayācēgº revi gº rebileceĵ i ileri s¿r¿lmektedir.

KATALOG NO : PL1863

BOYANMASI GEREKEN ALAN : Sitoplazmik

PL1863-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
PL1863-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
PL1863-1	1 ML KONS. 1/50 500 TEST
PL1863-0,1	0,1 ML KONS. 1/50 50 TEST

POZİTİF KONTROL : Plasenta, Testis, Corpus Luteum, Adrenal Korteks

AMBALAJ : 7 ml Kullanāma Hazā (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid i- eren seyreltilmık 7 ml antikor.)

KAYNAK : Fare

KLON : R1

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Simondu

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan, Ekspek, Kedi

EPİTOP aa 1-32

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ¿¿r steril deĵ ildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmık doku kesitlerinin boyanmasā, doku kesitlerinin kaynayan sitrat, pH 6.0 i- inde 10-20 dakika muamele edilmesini ve ardāndan oda sācaklāā ānda 20 dakika soĵ utulmasānēgerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYONU : Oda sācaklāā da 1 saat

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma - ok a- āksa, daha dık¿k seyreltme veya daha uzun s¿re kullanān.
Eĵ er boyanma - ok g¿- l¿yse, º n ıklemi kontrol edin, daha y¿ksek seyreltme veya daha kēsa s¿re kullanān.

SAKLAMA VE STABİLİTESİ : Bu ¿r¿n Sodyum azid i- erir ve 2-8ÁC'de saklandāā ānda 24 ay stabildir. ¦ r¿n etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayānēz. Reaktif º nerildiĵ i kekilde saklanmazsa, performans kullanācētarafāndan doĵ rulanmalādā.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletıkime ge- in