

CEA (Carcinoembryonic Antigen)

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

AÇIKLAMA :

Karsinoembriyonik antijen (CEA), fetal bağırsakta gelişim sırasında sentezlenir ve bağırsak karsinomlarında ve diğer bazı tümörlerde artan miktarlarda yeniden eksprese edilir. CEA'ya karşı antikorun, çeşitli metastatik adenokarsinomların kaynağının belirlenmesinde ve pulmoner adenokarsinomların (%60-70'i CEA+'dır) plevral mezotelyomalardan (nadiren / zayıf bir şekilde CEA+) ayırt edilmesinde yararlı olduğu bildirilmektedir.

KATALOG NO :	PL368	PL368-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL368-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
		PL368-1	1 ML KONS. 1/200 2000 TEST
		PL368-0,1	0,1 ML KONS. 1/200 200 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN : Sitoplazmik ve luminal membran

POZİTİF KONTROL : LS174T hücreleri veya kolon CA

AMBALAJ : 7 ml Kullanıma Hazır (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor.)

KAYNAK : Tavşan

KLON : Poliklonal

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Bilinmiyor

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan, Diğerleri test edilmedi.

EPİTOP : Belirlenmedi

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

ÖN İŞLEM : Formalinde fikse edilmiş immünohistokimya dokuları için, Özel bir ön işlem gerektirmez

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda ısısında 30 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma çok açıkça, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin